



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

Munro, 20 de febrero de 2025

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS : SERVICIO: Mantenimiento preventivo Completo con certificación de 1 Generador Parker H2PEM-165 ( (UN ÚNICO SERVICIO SERVICIO CON CERTIFICACIÓN ANUAL, 365 DIAS) Y ABAJO TODO EL DETALLE:**

DETALLE DEL SERVICIO: Mantenimiento preventivo Completo con certificación de 1 Generador Parker H2PEM-165 (UN ÚNICO SERVICIO CON CERTIFICACIÓN ANUAL, 365 DIAS).

ESPECIFICACIONES: El servicio de mantenimiento preventivo debe incluir por parte de la empresa contratada el kit completo: DE-IONIZER CARTRIDGE, WATER FILTER, ENVIRONMENTAL FILTERS (X3), FLOAT, WATER PUMP, DESSICANT CARTRIDGE, SERVICE RESET DONGLE y realizarse sobre el equipo procedimientos de limpieza, ajuste, lubricación, inspección o los test necesarios, para garantizar el buen funcionamiento, así como reducir la posibilidad de fallas y extender la vida útil del mismo.

**LUGAR DE REALIZACIÓN: ICF MUNRO RICARDO GUTIERREZ 4051-MUNRO. HORARIO 8.15-13-30. SE SOLICITA DAR AVISO PREVIO A LA REALIZACIÓN. TELÉFONOS DE CONTACTO: CECILIA OLCESE (115-971-2490) MARIANA FARUOLO (115-143-3330)**